

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1121500013	案名	咖啡相關分析儀			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
1	咖啡因綠原酸檢測儀	1. 量測範圍：咖啡因 10-500mg/dL(±10%) 2. 量測範圍：綠原酸 10-500mg/dL(±10%) 3. 尺寸(主機)：(L)202*(W)78*(H)40mm(±10%) 4. 藍芽無線傳輸 5. 量測取樣容量：0.1ml 6. 充電器：110-240V, 50/60Hz 7. 工作溫度：15-35 度 C；儲存溫度：5-45 度 C 8. 一鍵快速量測 *涉及品牌允許同級品，不得使用中國大陸廠牌	1	台		
2	水活性分析儀	1. 尺寸(WxDxH)：95×95×137mm(±10%) 2. 螢幕：1.6" 128×64 單色 OLED 面板 3. 電池：1150mAh 的鋰電池 4. 記錄：100 筆 5. 相對式濕度感應器 6. 應用範圍：0 - 40 °C, 0.05 - 0.99Aw , 5 - 99 %RH" 7. 準確性：AWE mode：±0.01aw 8. 解析度：0.001Aw 9. 兩種量測模式(快速、平衡) 10. 工作溫度：0-40 度 C 11. 充電器：110-240V, 50/60Hz *涉及品牌允許同級品，不得使用中國大陸廠牌	1	台		
3	咖啡水分密度分析儀	1. 尺寸(主體)：212(L)×150(W)×202(H) mm(±10%) 2. 尺寸(漏斗)：139(D)×90(H) mm(±10%) 3. 電源適配器：110V 4. 3.7V/2300 mAh 鋰電池 5. 同時量測生豆含水量和密度 6. 可儲存量測記錄 100 筆 7. 量測精準度範圍：±0.5%含水率/1.2g/L 密度 *涉及品牌允許同級品，不得使用中國大陸廠牌	1	台		

附加條件：

1. 投標廠商請準備產品相關之詳細規格，並依照上表所列各項，標明編號以利議價時規格審核。
2. 以上所採購的產品須為**原廠**新品，新品不含展示品、退貨品或測試用設備。
3. 以上設備提供 **1 年**硬體保固。
4. 本案投標廠商須檢附上述產品型號、廠牌與製造商型錄，型錄為原廠或影本或原廠官方網站原始型錄直接列印本，不接受投標廠商自行剪輯之文件。
5. 主機所有內裝零件產品，需為原廠出貨時原廠原裝貨，得標商不得自行更換零件。
6. 交貨期限：自決標後 **45** 個工作日內。

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1121500013	案名	咖啡相關分析儀			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
合計總價：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)						
廠商應將此單價分析表附於標單封內						

廠商名稱：_____

負責人：_____

中 華 民 國 年 月 日